All. A

Fornitura di aghi cannula lotti deserti

Impresa _____

Lotto	Caratteristiche generali	Caratteristiche Essenziali	Indicazione clinica d'uso	Parametri qualitativi	Indicare REF. o Codice di riferimento per ogni lotto di riferimento
		AGO CANNULA SENZA VALVOLA DI INIEZIONE			
1	ago cannula 1 via con sistema di sicurezza con alette per paziente pediatrico	Ago cannula monovia con alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, con sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misure 24G, di 19mm (più o meno 10% della lunghezza della cannula).Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente pediatrico e adulto con vene fragili o di difficile reperimento	a)ampiezza della camera di flusso b) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula c) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità d) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza e) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) f) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; g)facilità di attivazione del sistema di sicurezza; h)le alette devono garantire una presa facile ed ergonomica i) confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
2	ago cannula 1 via con sistema di sicurezza con alette per paziente pediatrico	Ago cannula monovia con alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, con sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misure 26G, di 19mm (più o meno 10% della lunghezza della cannula). Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente pediatrico e neonatale	a)ampiezza della camera di flusso b) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula c) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità d) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza e) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) f) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; g)facilità di attivazione del sistema di sicurezza; h)le alette devono garantire una presa facile ed ergonomica i) confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
3	ago cannula 1 via senza sistema di sicurezza con alette per paziente pediatrico	Ago cannula monovia con alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, senza sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misure 24G, di 19mm (più o meno 10% della lunghezza della cannula). Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente pediatrico e adulto con vene fragili o di difficile reperimento	a)ampiezza della camera di flusso b) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula c) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità d) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza e) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) f) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; g)le alette devono garantire una presa facile ed ergonomica h) confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
4	ago cannula 1 via senza sistema di sicurezza e senza alette per paziente pediatrico	Ago cannula monovia senza alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, senza sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misure 26G, di 19mm (più o meno 10% della lunghezza della cannula). Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente pediatrico e neonatale	a)ampiezza della camera di flusso b) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula c) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità d) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza e) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) f) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; g) confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
5	ago cannula 1 via senza sistema di sicurezza **e** senza alette	Ago cannula monovia senza alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, con sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misura 16G, di lunghezza da 80 mm a 135 mm. Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente adulto con accesso profondo	a)ampiezza della camera di flusso b) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula c) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità d) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza e) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) f) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; g) confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
6	ago cannula 1 via con sistema di sicurezza e senza alette per accesso profondo	Ago cannula monovia senza alette, monouso, sterile. Confezionato singolarmente, con sistema di sicurezza. Privo di lattice e ftalati, misure 18G, 20G e 22G di lunghezza a partire da 62 mm e se disponibile 24G di lunghezza a partire da 30 mm. Ago in acciaio inox a tripla affilatura, con catetere in poliuretano, radiopaco, biocompatibile, termoplastico, RMN compatibile adatto all'uso con iniettore di pressione ,con camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura, colore convenzionale a seconda della misura. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza per paziente adulto con accesso profondo	a)ampiezza della gamme delle lunghezze b)ampiezza della camera di flusso c) grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimizzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula d) qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità e) qualità della cannula con riferimento alla flessibilità e scorrevolezza f) minimo effetto memoria della cannula (deve mantenere nel tempo la pervietà) g) stabilità nel complesso mandrino e cannula, rispetto al blocco della cannula sull'ago; h)facilità di attivazione del sistema di sicurezza; i)confezionamento, con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 p.zi	
		AGO CANNULA CON PROLUNGA			
7	Ago cannula con perforazioni multiple e prolunga integrata dotata di rubinetto a tre vie e valvola di accesso	Ago cannula con prolunga integrata dotata di rubinetto a tre vie e valvola di accesso, a circuito chiuso. Dotato di sistema di sicurezza e alette di fissaggio, con cannula in poliuretano, radiopaco, biocompatibile e termoplastico, camera di flusso trasparente completa di tappo di chiusura luer-lock, con fori aggiuntivi lungo il lume della cannula che consentano una diffusione del farmaco non solo dalla punta, colore convenzionale a seconda della misura, ago in acciaio inox a tripla affilatura, adatto all' 'uso con iniettori di mezzo di contraso ad alta pressione, con calibro di 18G ,20G, 22G e 24G, e di varie lunghezze, privo di lattice e ftalati, confezionati singolarmente. Le imprese partecipanti dovranno produrre apposita dichiarazione in merito al tempo di permanenza in situ.	accesso venoso a breve permanenza, per pazienti con scarso patrimonio venoso e/o che necessitano di esami radiologici con iniezione di mezzo di contrasto ad alta pressione	**a)** ampiezza della gamma di varie lunghezze **b)** qualità dell'ago con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità **c)** grado di rastrematura della cannula rispetto alla punta dell'ago al fine di minimazzare la traumaticità nell'inserimento dell'ago cannula **d)** conformazione del cono e dimensione delle alette deve essere tale da garantire un fissaggio piatto e sicuro e) le alette devono essere flessibili, antidecubito e garantire una presa facile ed ergonomica **f)** qualità della cannula con riferimento alla scorrevolezza **g)** minimo effetto memoria della cannula deve mantenere nel tempo la pervietà h)facilità di attivazione del sistema di sicurezza; **i)** confezionamento con particolare riferimento al numero degli aghi contenuti nel confezionamento secondario in scatole di cartone di max 200 pzi	