



**Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi**  
UOC Gare Strategiche

### **Esito Consultazione Preliminare di Mercato**

**Fornitura in noleggio della durata di 8 anni e posa in opera di un Tomografo assiale computerizzato tipo "Wide Bore" per la U.O. Radioterapia – Presidio Ospedaliero San Jacopo – AUSL Toscana Centro.**

**Richiamata** la Consultazione Preliminare di Mercato pubblicata in data 14/04/2023, finalizzata alla raccolta di informazioni per il perfezionamento dei documenti della gara per la fornitura in oggetto di eventuale prossima indizione nella forma di Appalto Specifico nell'ambito del "Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, materiali accessori e di consumo ed eventuali lavori di posa in opera";

**Dato atto** che, entro il termine di scadenza previsto (ore 12:00 del 03/05/2023), sono pervenute le osservazioni alla procedura in oggetto cui ha dato riscontro il competente Collegio Tecnico come di seguito riportato:

#### **OSSERVAZIONE 1**

Relativamente alla consolle di acquisizione e unità di elaborazione (pag. 4 del Doc. Avviso CPM TC Pistoia), in merito alla richiesta "*doppio monitor a schermo piatto a colori di grandi dimensioni (non inferiori a 21") e ad alta risoluzione (non inferiore a 1920x1080 pixel)*" si chiede di considerare come requisito minimo dei monitor la dimensione pari a 19" e risoluzione pari a 1280x1024 che risultano essere equivalenti ai 21" nella gestione dell'intero flusso di lavoro. In questo modo può essere garantita la partecipazione di più operatori economici alla gara di fornitura di noleggio in oggetto.

#### **Risposta del Collegio Tecnico**

Si accetta l'osservazione. La richiesta verrà rimodulata come segue: "*doppio monitor a schermo piatto a colori di grandi dimensioni (non inferiori a 19") e ad alta risoluzione (non inferiore a 1280x1024 pixel)*"

#### **OSSERVAZIONE 2**

Relativamente alla compatibilità con gating respiratorio (pag. 6 del Doc. Avviso CPM TC Pistoia) "*Sistema gating respiratorio: C-RAD mod. Sentinel*" si chiede di considerare anche soluzioni compatibili con altri sistemi di gating respiratorio in alternativa a quello già presente e citato.

#### **Risposta del Collegio Tecnico**

Si conferma la richiesta così come riportata del documento "Avviso CPM TC Pistoia", tenuto conto della destinazione d'uso dell'apparecchiatura

#### **OSSERVAZIONE 3**

Relativamente agli accessori opzionali da quotare a listino e non oggetto di valutazione (pag. 6 del Doc. Avviso CPM TC Pistoia) "*11. Accessori opzionali da quotare a listino (non oggetto di valutazione) Software per radiologia interventistica*" si chiede di specificare e dettagliare cosa si intende per software per la radiologia interventistica.

#### **Risposta del Collegio Tecnico**

Per software per la radiologia interventistica si intende un software per procedure interventistiche loco-regionali percutanee con guida TC (ad es. biopsie, ablazioni, ecc.), comunemente conosciuto come Fluoro-TC.

**OSSERVAZIONE 4**

Relativamente alla partecipazione (fornitura di noleggio) si richiede la possibilità di partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale così composto:

- mandataria: fornitore della strumentazione oggetto di gara comprensiva di assistenza tecnica full risk;
- mandante: primario intermediario finanziario che concede in locazione operativa (noleggio) alla Stazione Appaltante la strumentazione oggetto di gara;
- mandante (eventuale): primaria impresa edile che esegue i lavori di adeguamento in alternativa subappalto.

In caso di aggiudicazione l'impresa mandataria stipulerà il contratto con codesta Stazione Appaltante e l'impresa mandante emetterà nei confronti della medesima, unica fattura (canone di noleggio) unitamente a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto (compresi i servizi di assistenza tecnica, manutenzione etc.).

**Risposta del Collegio Tecnico**

Si ricorda che ai sensi del disciplinare di gara istitutivo del "**Sistema Dinamico di Acquisizione per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali, materiali accessori e di consumo ed eventuali lavori di posa in opera**", è ammessa la partecipazione in RTI ai successivi Appalti Specifici purché fra concorrenti abilitati allo stesso SDA in parola, che NON prevede fra le categorie di abilitazione l'intermediazione finanziaria ma solo Apparecchiature Elettromedicali (e relativo materiale di consumo), alcune categorie di Lavori e Progettazione

=====  
**OSSERVAZIONE 5**

Si richiede la configurazione "wide bore" con apertura di almeno 85 cm".

**Risposta del Collegio Tecnico**

Si conferma la richiesta così come riportata del documento "Avviso CPM TC Pistoia", tenuto conto della destinazione d'uso dell'apparecchiatura ed evidenziando come nel reparto interessato alla fornitura operata una TC con tali caratteristiche dal 2006.

=====  
**OSSERVAZIONE 6**

A pagina 4 è espressa la seguente richiesta: "doppio monitor a schermo piatto a colori di grandi dimensioni (non inferiori a 21") e ad alta risoluzione (non inferiore a 1920x1080 pixel)". Per consentire la partecipazione si chiede di modificare la richiesta come segue: "doppio monitor a schermo piatto a colori di grandi dimensioni (non inferiori a 19") e ad alta risoluzione (non inferiore a 1920x1080 pixel)".

**Risposta del Collegio Tecnico**

Si accetta l'osservazione. La richiesta verrà rimodulata come segue: "doppio monitor a schermo piatto a colori di grandi dimensioni (non inferiori a 19") e ad alta risoluzione (non inferiore a 1280x1024 pixel)" (*vedi risposta ad osservazione 1*)

=====  
**OSSERVAZIONE 7**

Si chiede di confermare che i canoni di noleggio comprenderanno solo la quota relativa all'apparecchiatura TAC e non gli Eventuali interventi/lavori di posa in opera/adeguamento locali che saranno liquidati ad ultimazione degli stessi.

**Risposta del Collegio Tecnico**

Il canone di noleggio, al momento, è da intendersi, comprensivo anche della quota di eventuali interventi/lavori di posa in opera/adeguamento locali dell'apparecchiatura TC. Verrà comunque precisato negli atti di gara

=====  
**OSSERVAZIONE 8**

Al fine di consentire a tutti i partecipanti la possibilità di offrire le migliori soluzioni tecnologiche disponibili si suggerisce un incremento della base d'asta del 20%.

**Risposta del Collegio Tecnico**

Si conferma la base d'asta.

=====

## **OSSERVAZIONE 9**

Si suggerisce di convocare ogni azienda interessata a partecipare a un dialogo tecnico in presenza al fine di poter illustrare in modo totalmente esaustivo le proprie soluzioni tecnologiche per la tomografia computerizzata in radioterapia.

### **Risposta del Collegio Tecnico**

Si precisa che il Dialogo Tecnico con le ditte concorrenti è stato realizzato tramite la Consultazione Preliminare di Mercato in parola e, pertanto, come indicato nello stesso avviso, ciascuna ditta interessata poteva/doveva far pervenire entro i termini indicati le eventuali osservazioni anche rispetto alle specifiche tecniche ed ai criteri qualitativi lì indicati. Le osservazioni pervenute sono state prese in esame dal competente Collegio Tecnico incaricato, come da risposte sopra riportate.

=====

**VIENE DATO ATTO** che si procederà, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, all'avvio della procedura mediante Appalto Specifico nell'ambito del Bando istitutivo del "*Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, materiali accessori e di consumo ed eventuali lavori di posa in opera*" di cui alla deliberazione di indizione n. 332 del 01/03/2022, tenuto conto di quanto sopra riportato.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su sul sito internet di ESTAR – sez. Fornitori, nel dettaglio dello SDA in parola e nella sezione "Amministrazione trasparente", tramite cruscotto per la trasparenza Sitat.

Firenze, 30/05/2023

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Filippo Omoboni