

Allegato D) – LOTTO 4 Gara Endoscopia Flessibile

Endoscopia delle vie respiratorie strumenti a fibre

Caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto di valutazione

La strumentazione richiesta deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche/requisiti indicativi. Saranno accettate soluzioni con tolleranze numeriche $\pm 10\%$ rispetto al prefigurato.

Fibrobroncoscopio Operativo con le seguenti caratteristiche indicative:

DIMENSIONI

- Diametro distale esterno 6,5 mm;
- Diametro canale operativo 2,8 mm;
- Lunghezza operativa almeno 60 cm;

ANGOLO DI VISIONE, ANGOLAZIONI E PROFONDITA' DI CAMPO

- Angolazioni: Alto / Basso 180°/100°;
- Profondità di campo 5-50 mm;
- Angolo di visione 110°.

Fibrobroncoscopio Diagnostico con le seguenti caratteristiche indicative:

DIMENSIONI

- Diametro distale esterno 5,2 mm;
- Diametro canale operativo 2,2 mm;
- Lunghezza operativa almeno 60 cm;

ANGOLO DI VISIONE, ANGOLAZIONI E PROFONDITA' DI CAMPO

- Angolazioni: Alto / Basso 180°/100°;
- Profondità di campo 5-50 mm;
- Angolo di visione 110°.

Fibrobroncoscopio sottile con le seguenti caratteristiche indicative:

DIMENSIONI

- Diametro distale esterno 3,6 mm;
- Diametro canale operativo 1,2 mm;
- Lunghezza operativa almeno 60 cm;

ANGOLO DI VISIONE, ANGOLAZIONI E PROFONDITA' DI CAMPO

- Angolazioni: Alto / Basso 180°/100°;
- Profondità di campo 5-50 mm;
- Angolo di visione 90°.

Fibrobroncoscopio ultra sottile con le seguenti caratteristiche indicative:

DIMENSIONI

- Diametro distale esterno 2,8 mm;
- Diametro canale operativo 1,2 mm;
- Lunghezza operativa almeno 60 cm;

ANGOLO DI VISIONE, ANGOLAZIONI E PROFONDITA' DI CAMPO

- Angolazioni: Alto / Basso 180°/130°;
- Profondità di campo 4-50 mm;

- Angolo di visione 120°.

Strumentazione e componenti opzionali che devono essere presenti a catalogo e rispondenti alle specifiche tecniche indicate. Il catalogo da presentare deve contenere solo articoli pertinenti con lo specifico lotto; la conformità sarà eseguita tramite controllo a campione.

Si precisa che quanto di seguito elencato, non sarà oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggio ma di giudizio di idoneità, discriminante per l'ammissione alla partecipazione al lotto.

Fonte luminosa a LED ideata per l'utilizzo con le apparecchiature oggetto del lotto e completa di ogni complemento per la messa in uso.